

A chi di competenza

Data  
30.09.2020

## **Dichiarazione da Olympus in merito alla vulnerabilità “Ripple20”**

I ricercatori del JSOF hanno recentemente scoperto un gruppo di vulnerabilità zero-day all'interno di una software library TCP/IP ampiamente utilizzata e integrata in numerosi prodotti sviluppata da Treck Inc. (whitepaper CVE- 2020-11896/CVE-2020-11898). A seguito di un'attenta analisi della situazione, si dichiara che non sono state riscontrate vulnerabilità nei prodotti medicali sviluppati da Olympus rispetto alle vulnerabilità denominate “Ripple20”. Questa dichiarazione verrà aggiornata nel momento in cui saranno disponibili nuove informazioni correlate alle vulnerabilità “Ripple20”.

### Informazioni di base

Olympus è a conoscenza del problema e monitora costantemente i continui sviluppi correlati ai recenti rapporti pubblici sulle diverse vulnerabilità concernenti lo stack TCP/IP di Treck, collettivamente note come “Ripple20”. Il successo nello sfruttamento di queste vulnerabilità potrebbe consentire l'esecuzione di un codice remoto o l'esposizione di dati sensibili.

### **OLYMPUS SURGICAL TECHNOLOGIES EUROPE**