

A chi di competenza

Data

6.1.2021

## **Dichiarazione da Olympus in merito alla vulnerabilità “Log4J” CVE-2021-44228**

Gentile Signora o Signore,

il 9 dicembre è stata pubblicata una libreria di logging Java a seguito di un exploit 0-day in “log4j”. L’exploit è stato pubblicato con un modello di verifica e consente l’esecuzione di un codice remoto eseguendo il logging a una stringa specifica. Poiché l’impatto dell’exploit è critico e lo sfruttamento è semplice e non richiede interazioni dell’utente, la vulnerabilità in log4j è valutata con un punteggio CVSS di 10.0. Questa vulnerabilità è conosciuta anche come “Log4Shell”.

A seguito di un’attenta analisi dei prodotti Olympus, si dichiara che nessun dispositivo o soluzione distribuita da Olympus Medical Systems è stata riscontrata vulnerabile a CVE-2021-44228. Questa dichiarazione verrà aggiornata nel momento in cui saranno disponibili nuove informazioni correlate alle vulnerabilità “log4shell”.

### **OLYMPUS SURGICAL TECHNOLOGIES EUROPE**

Olympus Winter & Ibe GmbH, Kuehnstraße 61, 22045 Amburgo, Germania, Postfach 70 17 09, 22017 Amburgo

Telefono: 040 669 66-0, Fax: 040 669 66-2109, [www.olympus-oste.eu](http://www.olympus-oste.eu)

Geschäftsführer: Dr. André Roggan (Vorsitzender), Kazutaka Eguchi, Dr. Christian Meyer, Tomohisa Sakurai, Akihiro Taguchi,  
Carl Constantin Zangemeister, Reinhard Zentner

Sitz der Gesellschaft: Amtsgericht Hamburg HRB 16 328